

自動心臓マッサージ器仕様書

1 目的

この仕様書は酒田地区広域行政組合消防本部（以下、「本部」という。）が購入する自動心臓マッサージ器について必要事項を定めることを目的とする。

2 物品

- | | |
|------------------------|-----|
| (1) 自動心臓マッサージ器（標準構成含む） | 1 器 |
| (2) 交換用バッテリー | 1 個 |
| (3) バッテリー充電器 | 1 個 |
| (4) AC電源アダプター | 1 個 |
| (5) 上肢固定用ストラップ | 1 組 |
| (6) バックプレート用滑り止めテープ | 1 組 |
| (7) 交換用吸着カップ | 1 組 |

【参考品】

LUCAS 3 心臓マッサージシステム及び専用付属品

3 数量

上記 2 に示す物品を**各 2 式**とする。

4 仕様

- (1) JRC 蘇生ガイドライン 2020 を準拠したものであること。
- (2) 傷病者の搬送時において、階段、斜路及び傷病者が座位の状態においても、圧迫位置にズレが生じない構造であること。
- (3) 吸着パッドを用い、圧迫部を引き上げる構造であること。
- (4) 圧迫：換気比率は 30：2、50：2 及び連続圧迫の選択が可能であること。
- (5) リチウムイオンバッテリー駆動及び AC 電源駆動であること。
- (6) バッテリー駆動時間は 45 分以上を有すること。
- (7) 除細動器と併用可能な構造であること。
- (8) 本体及びバッテリーの防塵・防水性能は IP43 以上とする。
- (9) 上記 2 に示す物品は令和 8 年度製のものとする。
- (10) 上記 2 の保証期間はメーカーが定める期間とする。
- (11) 受注者は、納入場所に勤務する職員に対し、構造・取扱い・保守管理等の説明を 2 日間行うものとし、これに係る経費は受注者の負担とする。（日程は別途協議）
- (12) 上記 2 に示す参考品以外の同等品とする場合は、同等品協議書を提出し認定を受けること。
- (13) 本仕様書に記載がない事項については担当者とは別途協議すること。

5 納入場所

- (1) 消防署みなと分署 酒田市船場町一丁目 1 番 36 号
- (2) 消防署立川分署 東田川郡庄内町狩川字外北割 86 番地 3

6 納入期限

令和 8 年 1 月 25 日（金）