

自動人工呼吸器の点検事項

簡易点検

点検期間	点検事項
毎年	エアリーク
	アラーム表示
	アラーム機能
	換気回数
	換気流量
	最大換気圧
	酸素濃度
	圧力ゲージ表示
	音声ガイド機能
	MEDUトリガー

動作点検

点検期間	点検事項
2年目 4年目 6年目	バッテリーの交換(本体、予備)
	各種フィルターの交換
	一方向弁の交換
	その他必要となる消耗品等の交換